

焦作市环境监控中心

关于对我市自动监控设施运维单位 检查情况的通报

各县（市）区监控中心，各自动监控设施运维单位：

为进一步规范全市污染源自动监控设施监督管理，提升各运维单位的污染源自动监控设施运维服务水平，确保自动监控设施正常运行、数据真实有效。根据《关于印发〈河南省污染源自动监控设施运维单位服务质量评估管理办法（试行）〉的通知》（豫环控〔2019〕15号）文件的相关要求，近期对我市自动监控设施运维单位驻焦办事机构基本情况进行了专项检查，现将检查情况通报如下：

我市辖区目前 18 家自动监控设施运维单位，有 14 家运维单位基本符合要求；1 家运维单位能力水平有待提高，主要是：无代理品牌授权；3 家运维单位不符合要求，主要是：资质认证过期、无专职数据调度人员、实验室不符合要求、备品备件不足、手工监测设备强制检定过期等。

请各县（市）区监控中心要加强日常监管，对存在问题的运维单位及其运维的企业加大检查力度，并将检查结果应

用于运维单位服务质量考核评估工作。存在问题的运维单位要对照问题逐项整改，于2022年4月30日前整改到位，并将整改情况经单位负责人签字盖章报送市局监控中心。市局不定期对运维单位情况进行复检，对整改不力的运维单位，将向其运维的排污单位适时进行运维风险预警。

附件：自动监控设施运维单位检查情况汇总表



附件

自动监控设施运维单位检查情况汇总表

序号	运维单位名称	存在的问题	备注
1	北方中奥（北京）环境科技有限公司	无	符合要求
2	河南鑫彩泽科技有限公司	无	符合要求
3	焦作市蓝晟环保技术服务有限公司	无	符合要求
4	河南乐开环保工程有限公司	无	符合要求
5	河南省盈鑫环保科技有限公司	无	符合要求
6	河南华谱澄源环保科技有限公司	无	符合要求
7	北京航天益来电子科技有限公司	无	符合要求
8	焦作市凯霖环保科技有限公司	无	符合要求
9	北京雪迪龙环境科技有限公司	无	符合要求
10	河南雪城软件有限公司	无	符合要求
11	郑州富铭环保科技股份有限公司	无	符合要求
12	焦作新思博环保科技有限公司	无	符合要求
13	焦作市瀚景环保科技有限公司	无	符合要求
14	河南君安科技发展有限公司	无	符合要求
15	焦作启辰环保科技有限公司	无代理品牌授权	有待提高
16	深圳市绿恩环保技术有限公司	资质认证过期	不符合要求
17	河南诺星环保科技有限公司	手工监测设备强制检定过期，VOCs 无适用性检测报告，无专职数据调度人员。	不符合要求
18	郑州市普惠环保技术有限公司	实验室不符合要求，备品备件不足，无专职数据调度人员等。	不符合要求